· Conscious dentistry ·

VIDU

DENTAL BONDING Self Etch

en · Universal bond
es · Universal-Bond
it · Bonding universale
fr · Bond universel
pt · Bond Universal
de · Universal-Bond

"THE FUTURE IS IN YOUR HANDS"

ECO DESIGN

CLOSE MANUFACTURE

RESPONSIBLE CONSUMPTION

SMART WASTE

ONLINE DISTRIBUTION

VIDU | en

DENTAL BONDING Self Etch

Instructions for use

Patient target group
Children, adolescents, adults and older patients

Intended users
Dentist

Composition
Qualitative data: Oligomeric methacrylates, HEMA, camphorquinone
Quantitative data in % G/G: Methacrylates 99.5 Additives 0.5

Intended purpose of the product
DENTAL BONDING Self Etch VIDU is a self-etching, light-curing one-component Adhesion promoter for the adhesive restoration technique.

Indications
Adhesion promoter for the adhesive restoration technique.
- Attachment of composite materials and compomers to enamel and dentin
- Adhesive fixation of composite restorations on enamel and dentin
- Fixing of composite material, metal or amalgam
- Also suitable as a dentin sealant

Contraindications
Phenolic or other substances (e.g. zinc oxide eugenol), which could influence the
polymerisation, must not be mixed with the DENTAL BONDING Self Etch VIDU.

Performance characteristics of the product
Curing by irradiation with light.

Specific precautions
None

Application
1. Conventional filling technology
a) Cavity preparation
According to the principle of adhesive restoration technique.
If necessary, a puncti0rm overlapping of the pulp with a hard-setting calcium hydroxide cement should be laid. Processing of enamel with a diamond grinder.
Etch unpolished enamel with phosphoric acid or clean with pumice stone. After that, rinse the enamel well and dry it. The use of a rubber dam is recommended for hygienic reasons.
b) Application
Shake the bottle well before use and add a drop to the spot shape. Massage well with a disposable brush DENTAL BONDING Self Etch VIDU 20 s on dentin and enamel. Gently blow the DENTAL BONDING Self Etch VIDU 5 s with oil-free compressed air. Then 10 s light curing (halogen or LED polymerization devices with a light output >800 mW/cm3). With lower light output, light curing is prolonged accordingly.
c) Composite and composite fillings
Apply restoration material according to the respective manufactur-er's instructions.
2. Fixing of inlays/onlays, veneers and crowns
When using DENTAL BONDING Self Etch VIDU, make sure that sufficient light (according to the manufacturer's instructions) is supplied to the complete Restoration can take place.
a) Preparation of the restoration
Pre-treatment of the restoration is carried out according to the material and according to the respective manufacturer's instructions.
b) Preparation of the cavity
Proceed as described in point 1.1.
c) Application
Proceed as described in point 1.2.
d) Cement
According to the respective manufacturer's specifications.
3. Bonding of other surfaces
a) Preparation
b) Metal and amalgam
Roughen or sandblast surfaces with a diamond grinder. Then clean with steam jet (extraoral) or acetone and dry with oil-free air.
c) Composite
Roughen composite surfaces with a diamond grinder or sandblast, clean with phosphoric acid, rinse and dry with oil-free compressed air.
d) Application
Shake the bottle well before use and dispense a drop into the spot mould. Close the bottle again after use. Massage DENTAL BONDING Self Etch VIDU well on the surface with a disposable brush for 20 s. Using oil-free compressed air, gently blow off the bonding during 5 s. Then 10 s lightcuring (halogen or LED polymerisation devices with a light output >800mW/cm3). With low light output, light curing is prolonged accordingly.
e) Restoration
Apply restoration material according to the respective manufactur-er's instructions.
4. Sealing dentin
Proceed as described in points 1.1 and 1.2.
Working instructions:
The working instructions and precautionary measures described in the package leaflet accompanying the product must be observed in any case. Should an undesirable reaction occur in the patient despite compliance or other undesirable events occur, we ask in any case for notification with as precise a description of the accompanying circumstances as possible.
Hygiene tips:
Compliance with the following instructions ensures optimal hygienic conditions when using DENTAL BONDING Self Etch VIDU:
- Use disposable brushes on only one patient at a time
- After use, close the bottles with the cap and disinfect with common means.

Warnings
Residual risks
Emergency measures, symptoms, counter-centre
An acute risk to the patient due to accidental ingestion should be excluded in view of the minimum quantities to be applied (application with a disposable brush).
In case of direct contact with the oral mucosa, rinsing is sufficient. In case of eye contact, rinse thoroughly with water. An ophthalmologist should be consulted for evaluation and further treatment.

Toxicological effect
The toxicity of the DENTAL BONDING Self Etch VIDU directly touching the vital dentin and penetrating into the dentin tubules as intended is comparable to glass ionomer cement or polycarboxylate.

Details
Delivery only to dentists and dental technicians or on their behalf.
Keep out of the reach of children! Only completely emptied Packaging and recycling.

Side effects
Undesirable side effects of this medical device are to be expected with proper use extre- mely rarely. Should you become aware of any undesirable side effects – even in doubtful cases – please inform us in any case, describing the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible. Components of DENTAL BONDING Self Etch VIDU may cause sensitisation in predisposed individuals. Risks in case of overdose are not known.

Interactions
Substances containing phenol or other substances (e.g. zinc oxide eugenol) that could influence the polymerisation must not be brought into contact with the DENTAL BONDING Self Etch VIDU

Storage
Do not expose DENTAL BONDING Self Etch VIDU to direct sunlight or other heat sources.
The product should be stored between 0°C -22°C.

Minimum shelf life
3 years
Do not use after the expiry date

Variants
REF VI91003 DENTAL BONDING Self Etch VIDU – 5ml

Disposal
Unused material can be cured and sent to household waste.
Uncured material should be disposed of like methacrylate waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Attention H317 may cause allergic skin reactions

VIDU | es

DENTAL BONDING Self Etch

Instrucciones de uso

Grupo objetivo de pacientes
Niños, adolescentes, adultos y pacientes mayores

Usuarios previstos
Dentistas

Composición
Datos cualitativos: Metacrilatos oligoméricos, HEMA, alcanforquinona
Datos cuantitativos en % G/G: Metacrilatos 99,5 Aditivos 0,5

Finalidad del producto
DENTAL BONDING Self Etch VIDU es un adhesivo monocomponente autograbante y fotopolimerizable. Agente adhesivo para la técnica de restauración adhesiva.

Indicaciones
Agente adhesivo para la técnica de restauración adhesiva.
- Cementación de materiales compuestos y compómeros en el esmalte y la dentina
- Cementación adhesiva de restauraciones de composite sobre esmalte y dentina
- Material compuesto de cementación, metal o amalgama
- También es adecuado como sellador de la dentina

Contraindicaciones
No deben mezclarse con el DENTAL BONDING Self Etch VIDU sustancias que contengan fenol u otras (por ejemplo, óxido de zinc eugenol) que queda influir en la polimerización.

Características del producto
Polimerización por irradiación de luz.

Medidas preventivas especiales
Ninguna

Aplicación
1. Técnica de relleno convencional
a) Preparación de la cavidad
Según el principio de la técnica de restauración adhesiva.
Si es necesario, se debe colocar un tapón puntiforme de la pulpa con un cemento de hidróxido de calcio de fraguado duro.
Mecanizado del esmalte con una fresa de diamante.
Grabar el esmalte sin pulir con ácido fosfórico o limpiar con piedra pómez. A continuación, aclarar y secar bien el esmalte. Se recomienda el uso de un dique de goma por razones de higiene.
b) Aplicación
Agitar bien el frasco antes de utilizarlo y poner una gota en el molde punteado. Utilizando un cepillo desechable, masajear bien DENTAL BONDING Self Etch VIDU 20 s en la dentina y el esmalte. Soplar suavemente el DENTAL BONDING Self Etch VIDU 5 s con aire comprimido sin aceite. A continuación, fotopolimerizar durante 10 s (unidades de polimerización halógena o led con una potencia luminosa de >800 mW/cm3). Con una menor potencia lumini ca, el tiempo de fotopolimerización se prolonga en consecuencia.
c) Empastes de composite y compómero
Aplicar el material de restauración de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Cementación de inlays/onlays, carillas y coronas
Al usar DENTAL BONDING Self Etch VIDU , asegurarse de que llega suficiente luz (según las especificaciones del fabricante) a toda la restauración.
a) Preparación de la restauración
El pretratamiento de la restauración se realiza según el material y las instrucciones del fabricante correspondiente.
b) Preparación de la cavidad
Proceda como se describe en el punto 1.1.
c) Aplicación
Proceda como se describe en el punto 1.2.
d) Cementación
Según las instrucciones del fabricante correspondiente.
3. Adhesión de otras superficies
a) Preparación
b) Metal y amalgama
Desengrasar las superficies con una amoladora de diamante o un chorro de arena. A continuación, limpiar con chorro de vapor (extraoral) o acetona y secar con aire sin aceite.
c) Compuesto
Desbastar las superficies de composite con una amoladora de diamante o un chorro de arena, limpiar con ácido fosfórico, aclarar y secar con aire comprimido sin aceite.
d) Aplicación
Agitar bien el frasco antes de utilizarlo y dispensar una gota en el punto. Volver a cerrar el frasco después de usarlo. Masajear bien DENTAL BONDING Self Etch VIDU en la superficie durante 20 s con un cepillo desechable. Soplar suavemente la unión con aire comprimido sin aceite durante 5 s. A continuación, fotopolimerizar durante 10 s (unidades de polimerización halógena o led con una potencia luminosa de >800 mW/cm3). Con una baja potencia lumínica, la fotopolimerización se prolonga en consecuencia.
e) Restauración
Aplicar el material de restauración de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Sellar la dentina
Proceder como se describe en los puntos 1.1 y 1.2.
Instrucciones de procesamiento:
Deben respetarse siempre las instrucciones de procesamiento y las precauciones descritas en las instrucciones de uso que acompañan al producto. Si, a pesar del cumplimiento, se produce una reacción adversa en el paciente o se producen otros acontecimientos adversos, le rogamos que nos informe en cualquier caso, describiendo las circunstancias que lo acompañan con la mayor precisión posible.
Consejos de higiene:
El cumplimiento de las siguientes instrucciones garantizará unas condiciones higiénicas óptimas al utilizar DENTAL BONDING Self Etch VIDU :
- Utilizar los cepillos desechables en un solo paciente a la vez
- Cierre los frascos con el tapón después del uso y desinféctelos con agentes habituales.

Advertencias
sobre riesgos residuales
Medidas de emergencia, síntomas, antídotos
Puede excluirse un riesgo agudo para el paciente debido a la ingestión accidental en vista de las cantidades mínimas que deben aplicarse (aplicación con un cepillo desechable). En caso de contacto directo con la mucosa oral, es suficiente el enjuague. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Debe consultarse a un oftalmólogo para la evaluación y el tratamiento posterior.

Efecto toxicológico
La toxicidad de DENTAL BONDING Self Etch VIDU , que entra en contacto directo con la dentina vital y penetra en los túbulos dentinarios según lo previsto, es comparable a la del cemento de ionómero de vidrio o policarboxilato.

Notas
Dispensación solo a dentistas y protésicos dentales o en su nombre. ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Solo entregue los envases completamente vaciados y reciclados.

Efectos secundarios
Si se utiliza correctamente, los efectos secundarios de este producto son muy poco frecuentes. En caso de que quiera comunicarnos algún efecto secundario no deseado o en caso de duda, le rogamos que nos remita una descripción lo más detallada posible de las circunstancias y síntomas. Los componentes de DENTAL BONDING Self Etch VIDU pueden provocar una sensibilización en personas predispuestas. Se desconocen los riesgos en caso de sobredosis

Interacciones
No se debe poner en contacto con el DENTAL BONDING Self Etch VIDU sustancias que contengan fenol u otras (por ejemplo, óxido de zinc eugenol) que puedan influir en la polimerización.

Almacenamiento
No exponga DENTAL BONDING Self Etch VIDU a la luz solar directa u otras fuentes de calor.
El producto debe ser almacenado entre 0°C -22°C.

Vida útil
3 años
No utilizar después de la fecha de caducidad.

Variantes
REF VI91003 DENTAL BONDING Self Etch VIDU - 5ml

Eliminación
El material no utilizado puede curarse y eliminarse con la basura doméstica. El material no curado debe eliminarse como residuo de metacrilato.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se comunicarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

Attention H317 puede provocar reacciones alérgicas en la piel.

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH
Schustering 35, 25355
Barmstedt, Germany

Dentared Odontology Services SL
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco

MADE IN GERMANY

CE 0482 MD

2022-REV.001

VIDU | fr

DENTAL BONDING Self Etch

Manuel d´ instruction

Groupe cible de patients
Enfants, adolescents, adultes et séniors

Utilisateurs prévus
Dentiste

Composition
Données qualitatives : Oligomères méthacrylate, HEMA, camphorqui-none
Données quantitatives en % p/p : Méthacrylates 99,5 Additifs 0,5

Utilisation conforme du produit
DENTAL BONDING Self Etch VIDU est un adhésif monocomposant automordançant et
photopolymérisable. Agent de liaison pour la technique de restauration adhésive.

Indications
Agent de liaison pour la technique de restauration adhésive.
- Fixation de matériaux composites et de compomères à l'émail et à la dentine
- scellement adhésif de restaurations composites sur l'émail et la dentine
- Scellement de matériaux composites, de métal ou d'amalgame
- Convient également comme scellant dentinaire

Contre-indications
Les substances contenant du phénol ou d'autres substances (par exemple, l'oxyde
de zinc eugénol) qui pourraient influencer la polymérisation ne doivent pas être utilisées avec le DENTAL BONDING Self Etch VIDU.

Caractéristiques du produit
Durcissement par irradiation à la lumière.

Mesures de précaution spéciales
Aucune

Application
1. Technique de remplissage selon la méthode conventionnelle
a) Préparation de la cavité
Selon le principe de la technique de restauration adhésive.
Si nécessaire, un coiffage ponctuel de la pulpe doit être réalisé avec un ciment à l'hydroxyde de calcium à prise dure. Traitement de l'émail avec une meuleuse diamantée.
Mordancer l'émail non poli avec de l'acide phosphorique ou le nettoyer avec de la pierre ponce. Bien rincer et sécher ensuite l'émail. L'utilisation d'une digue dentaire est recommandée pour des raisons d'hygiène.
b) Application
Bien agiter le flacon avant utilisation et verser une goutte dans le réceptacle rond. Bien faire pénétrer le DENTAL BONDING Self Etch VIDU sur la dentine et l'émail à l'aide d'un pinceau à usage unique pendant 20 s. Appliquer un souffle doux sur le DENTAL BONDING Self Etch VIDU avec de l'air comprimé sans huile pendant 5 s.
Photopolymériser ensuite pendant 10 s (appareils de polymérisation halogène ou LED avec une puissance lumineuse >800 mW/cm3). Une puissance lumineuse plus faible entraîne un temps
de photopolymérisation plus long.
c) Substances composites et compomères
Utiliser le matériau de restauration conformément aux instructions du fabricant.
2. Scellement d'inlays/onlays, de facettes et de couronnes
Lors de l'application de DENTAL BONDING Self Etch VIDU, il faut veiller à ce qu'une lumière suffisante (conformément aux indications du fabricant) soit appliquée à l'ensemble de la restauration.
a) Préparation de la restauration
Le prétraitement de la restauration est effectué en fonction du matériau et selon les indications du fabricant respectif.
b) Préparation de la cavité
Procéder comme décrit au point 1.1.
c) Application
Procéder comme décrit au point 1.2.
d) Cimenter
Selon les instructions du fabricant.
3. Adhérence d'autres surfaces
a) Préparation
b) Métal et amalgame
Rendre les surfaces rugueuses avec une meuleuse diamantée ou les sabler. Nettoyer ensuite au jet de vapeur (extraoral) ou à l'acétone et sécher à l'air sans huile.
c) Composite
Rendre les surfaces composites rugueuses avec une meule diamantée ou les sabler, les nettoyer avec de l'acide phosphorique, les rincer et les sécher avec de l'air comprimé sans huile.
d) Application
Bien agiter le flacon avant utilisation et verser une goutte dans le réceptacle rond. Refermer le flacon après utilisation. Bien faire pénétrer le DENTAL BONDING Self Etch VIDU sur la surface à l'aide d'un pinceau à usage unique pendant 20 s. Appliquer un souffle doux sur l'agent adhésif avec de l'air comprimé sans huile pendant 5 s. Photopolymériser ensuite pendant 10 s (appareils de polymérisation halogène ou LED avec une puissance lumineuse >800mW/cm3). Une puissance lumineuse plus faible entraîne un temps de photopolymérisation plus long.
e) Restauration
Utiliser le matériau de restauration conformément aux instructions du fabricant.
4. seller la dentine
Procéder comme décrit aux points 1.1 et 1.2.
Instructions de traitement :
Les instructions de traitement et les précautions décrites dans le manuel d'instruction relatif au produit doivent toujours être respectées. Si, malgré le respect de ces instructions, une réaction indésirable se produit chez le patient ou en cas d'autres événements indésirables, nous vous demandons dans tous les cas de nous en informer, en décrivant de façon aussi détaillée que possible les circonstances qui l'accompagnent.
Conseils d'hygiène :
Le respect des consignes suivantes garantit des conditions d'hygiène optimales lors
de l'utilisation du DENTAL BONDING Self Etch VIDU :
- Utiliser les pinceaux à usage unique sur un seul patient à la fois
- Fermer les flacons avec le bouchon après utilisation et les désinfecter avec des produits courants.

Avertissements
Risques résiduels
Mesures d'urgence, symptômes, antidotes
Un risque aigu pour le patient en cas d'ingestion accidentelle peut être écarté compte tenu des quantités minimales à appliquer (application avec un pinceau à usage unique). En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, un rinçage est suffisant. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Il convient de faire appel à un ophtalmologue pour l'évaluation et le traitement ultérieur.

Effets toxicologiques
La toxicité du DENTAL BONDING Self Etch VIDU, qui entre en contact direct avec la dentine vitale et pénètre dans les tubules dentinaires conformément à son usage prévu, est comparable à celle du ciment verre ionomère ou du polycarboxylate.

Remarques
Remise uniquement aux dentistes et aux prothésistes dentaires ou sur leur ordre.
Conserver hors de portée des enfants ! Seules les bouteilles entièrement vides
doivent être jetées et recyclées.

Effets secondaires
Les effets secondaires indésirables de ce dispositif médical sont extrêmement rares s'il est utilisé correctement. Si vous avez connaissance d'effets secondaires indésirables, même en cas de doute, nous vous prions de nous en informer dans tous les cas en décrivant le plus précisément possible les circonstances et les symptômes.
Les composants d'DENTAL BONDING Self Etch VIDU peuvent, chez les personnes prédisposées, entraîner une sensibilisation. Les risques en cas de surdosage ne sont pas connus

Interactions
Ne pas mettre en contact le DENTAL BONDING Self Etch VIDU avec des substances contenant du phénol ou d'autres substances (par exemple, de l'oxyde de zinc-eugénol) qui pourraient influencer la polymérisation.

Stockage
Ne pas exposer le DENTAL BONDING Self Etch VIDU à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.
Le produit doit être stocké entre 0°C et 22°C.

Durée de conservation
3 ans
Ne pas utiliser après l'expiration de la date limite.

Variantes
REF VI91003 DENTAL BONDING Self Etch VIDU - 5ml

Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Attention H317 peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

VIDU | it

DENTAL BONDING Self Etch

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Bambini, adolescenti, adulti e pazienti anziani

Utenti previsti
Dentista

Composizione
Dati qualitativi: oligomeri metacrilati, idrossietil metacrilato (HEMA), canforochinone
Dati quantitativi in % G/G: metacrilati 99,5 additivi 0,5

Destinazione d'uso del prodotto
DENTAL BONDING Self Etch VIDU è un adesivo monocomponente automordenzante e
fotopolimerizzabile per la tecnica di restauro adesivo.

Indicazioni
Adesivo per la tecnica di restauro adesivo.
- Cementazione di materiali compositi e compomeri su smalto e dentina
- Cementazione adesiva di restauri in composito su smalto e dentina
- Cementazione di materiale composito, metallo o amalgama
- Adatto anche come sigillante della dentina

Controindicazioni
Le sostanze contenenti fenolo o altre (ad es. ossido di zinco eugenolo) che potrebbero influenzare la polimerizzazione non devono entrare in contatto con DENTAL BONDING Self Etch VIDU

Caratteristiche del prodotto
Indurimento mediante irradiazione con la luce.

Precauzioni speciali
Nessuna

Modalità d'uso
1. Tecnica di riempimento convenzionale
a) Preparazione della cavità
Secondo il principio della tecnica di restauro adesivo.
Se necessario, si dovrebbe mettere una copertura puntiforme della polpa con un cemento a base di idrossido di calcio a presa dura.
Lavorazione dello smalto con una fresa diamantata.
Mordenzare lo smalto non lucidato con acido fosforico o pulire con pomice.
Poi sciacquare e asciugare bene lo smalto. L'uso di una diga di gomma è raccomandato per ragioni igieniche.
b) Applicazione
Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare una goccia nella vaschetta per miscelazione. Usando un pennello monouso, massaggiare bene DENTAL BONDING Self Etch VIDU per 20 secondi sulla dentina e lo smalto. Soffiare delicatamente DENTAL BONDING Self Etch VIDU con aria compressa priva di olio per 5 secondi. Poi fotopolimerizzare per 10 s (unità di polimerizzazione alogena o LED con una potenza luminosa >800mW/cm3). Se l'emissione di luce è bassa, la fotopolimerizzazione richiede più tempo.
c) Otturazioni in composito e compomero
Applicare il materiale da restauro secondo le istruzioni del rispettivo produttore.
2. Cementazione di inlay/onlay, faccette e corone
Nell'usare DENTAL BONDING Self Etch VIDU , assicurarsi che una quantità sufficiente di luce (secondo le specifiche del produttore) raggiunga il restauro completo.
a) Preparazione del restauro
Il pretrattamento del restauro viene eseguito in conformità con il materiale e le istruzioni del rispettivo produttore.
b) Preparazione della cavità
Procedere come descritto al punto 1.1.
c) Applicazione
Procedere come descritto al punto 1.2.
d) Cementazione
Secondo le istruzioni del rispettivo produttore.
3. Adesione di altre superfici
a) Preparazione
b) Metallo e amalgama
Irruvidire le superfici con una fresa diamantata o una sabbiatura. Poi pulire con getto di vapore (extraorale) o acetone e asciugare con aria priva di olio.
c) Composito
Irruvidire le superfici composite con una fresa diamantata oppure sabbiare, pulire con acido fosforico, risciacquare e asciugare con aria compressa priva di olio.
d) Applicazione
Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare una goccia nella vaschetta
per miscelazione. Richiudere il flacone dopo l'uso. Massaggiare bene DENTAL BONDING Self Etch VIDU sulla superficie per 20 secondi usando un pennello monouso.
Soffiare delicatamente il bonding con aria compressa priva di olio per 5 secondi. Poi fotopolimerizzare per 10 s (unità di polimerizzazione alogena o LED con una potenza luminosa >800mW/cm3). Se l'emissione di luce è bassa, la fotopolimerizzazione richiede più tempo.
e) Restauro
Applicare il materiale da restauro secondo le istruzioni del rispettivo produttore.
4. Sigillare la dentina
Procedere come descritto nei punti 1.1 e 1.2.
Indicazioni di lavorazione:
le indicazioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accluse al prodotto devono essere osservate in ogni caso. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di informarci in ogni caso, descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.
Consigli igienici:
L'osservanza delle seguenti istruzioni assicura condizioni igieniche ottimali nell'utilizzo di DENTAL BONDING Self Etch VIDU :
- utilizzare le spazzole monouso su un paziente alla volta
- chiudere i flaconi con il tappo dopo l'uso e disinfettarli con agenti comuni.

Avvertenze
rischi residui
Misure di emergenza, sintomi, antidoti
Un pericolo acuto per il paziente dovuto all'ingestione accidentale può essere escluso in considerazione delle quantità minime da applicare (applicazione con un pennello monouso). In caso di contatto diretto con la mucosa orale, è sufficiente il risciacquo. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Si dovrebbe consultare un oftalmologo per una valutazione e un ulteriore trattamento.

Effetto tossicologico
La tossicità di DENTAL BONDING Self Etch VIDU , che tocca direttamente la dentina vitale e penetra nei tubuli dentinali come previsto, è paragonabile a quella del cemento vetroionomerico o del policarbossilato.

Indicazioni
Consegnare solo a dentisti e odontotecnici o per loro conto. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Smaltire imballaggio e riciclaggio solo completamente svuotati.

Effetti collaterali
Gli effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medico sono estremamente rari, se correttamente utilizzato. Qualora veniste a conoscenza di effetti collaterali non desiderati, anche in caso di dubbio, vi preghiamo in ogni caso di comunicarcelo, descrivendo nel modo più preciso possibile le circostanze e i sintomi. I componenti di DENTAL BONDING Self Etch VIDU possono portare alla sensibilizza-zione nelle persone predisposte. I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

Interazioni
Le sostanze contenenti fenolo o altre (ad es. ossido di zinco eugenolo) che potrebbero influenzare la polimerizzazione non devono entrare in contatto con DENTAL BONDING Self Etch VIDU .

Conservazione
Non esporre DENTAL BONDING Self Etch VIDU alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
Il prodotto deve essere conservato tra 0°C e 22°C.

Durata minima
3 anni
Non usare dopo la data di scadenza.

Varianti
REF VI91003 DENTAL BONDING Self Etch VIDU - 5ml

Smaltimento
Il materiale non utilizzato può essere polimerizzato e conferito insieme ai rifiuti domestici. Il materiale non polimerizzato deve essere smaltito come rifiuto di metacrilato.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

Attention H317 Può provocare reazioni allergiche della pelle.

VIDU | pt

DENTAL BONDING Self Etch

Instruções de uso

Grupo de pacientes alvo
Crianças, adolescentes, adultos e pacientes séniores

Utilizadores previstos
Dentistas

Composição
Dados qualitativos: Metacrilatos oligoméricos, HEMA, canforoquino-na
Dados quantitativos em % G/G: Metacrilatos 99,5 Aditivos 0,5

Finalidade do produto
DENTAL BONDING Self Etch VIDU é um adesivo só com um componente de autogravação e fotopolimerizável. Agente adesivo para a técnica de restauração adesiva.

Indicações
Agente adesivo para a técnica de restauração adesiva.
- Fixação de materiais compostos e compómeros no esmalte e na dentina
- Fixação adesiva de restaurações de compósito no esmalte e na dentina
- Fixação de material composto, metal ou amalgama
- Adequado, também, como selante da dentina

Contraindicações
Com o DENTAL BONDING Self Etch VIDU , não devem misturar-se substâncias que contenham fenol ou outros (por ex. óxido de zinco eugenol) que possam afetar a polimerização.

Propriedades do produto
Polimerização por irradiação de luz.

Cuidados específicos
Nenhuns

Aplicação
1. Técnica de preenchimento convencional
a) Preparação da cavidade
Segundo o princípio da técnica de restauração adesiva.
Se necessário, deve colocar-se um tampão puntiforme da pasta com um cimento de hidróxido de cálcio solidificante. Processamento do esmalte com um amolador de diamante. Gravar o esmalte não polido com ácido fosfórico ou limpar com uma pedra-pomes. Em seguida, lavar bem o esmalte e secá-lo. Recomenda-se o uso de um dique de borracha por razões de higiene.
b) Aplicação
Agitare bene o frasco antes de usar e adicionar uma gota no molde tracejado. Com uma escova descartável, massajar bem DENTAL BONDING Self Etch VIDU 20 s na dentina e no esmalte. Soprar suavemente o DENTAL BONDING Self Etch VIDU 5 s com ar comprimido sem óleo. Em seguida, fotopolimerizar durante 10 s (unidades de polimerização de halogéneo ou LED com uma potência luminosa >800 mW/cm²). Com uma potência luminosa inferior, a fotopolimerização é devidamente prolongada.
c) Compósitos e preenchimentos de compósitos
Aplicar o material de restauração em conformidade com o respetivo fabricante
instruções.
2. Fixação de inlays/onlays, facetas e coroas
Ao usar DENTAL BONDING Self Etch VIDU , assegure-se de que chega suficiente luz (de acordo com as instruções do fabricante) aa toda a restauração.
a) Preparação da restauração
O pré-tratamento da restauração é realizado de acordo com o material e com as instruções do fabricante correspondente.
b) Preparação da cavidade. Proceder como descrito no ponto 1.1.
c) Aplicação
Proceder como descrito no ponto 1.2.
d) Cimentação
De acordo com as especificações do fabricante correspondente.
3. Adesão de outras superfícies
a) Preparação
b) Metal e amalgama
Decapar as superfícies com jato de areia ou um amolador de diamante. Em seguida, limpar com um jato de vapor (extraoral) ou acetona e secar com ar sem óleo.
c) Compósito
Decapar as superfícies do compósito com um amolador de diamante ou jato de areia, limpar com ácido fosfórico, lavar e secar com ar comprimido sem óleo.
d) Aplicação
Agitar bem o frasco antes de usar e dispensar uma gota no ponto. Fechar o frasco novamente depois de usar. Massajar bem DENTAL BONDING Self Etch VIDU na superfície com uma escova descartável durante 20 s. Soprar suavemente a união com ar comprimido sem óleo durante 5 s. Em seguida, fotopolimerizar durante 10 s (dispositivos de polimerização de halogéneo ou LED com uma potência luminosa
>800 mW/cm²). Com uma baixa potência luminosa, a fotopolimeri-zação é devidamente prolongada.
e) Restauração
Aplicar o material de restauração em conformidade com o respetivo fabricante
4. Selagem da dentina
Proceder como descrito nos pontos 1.1 e 1.2.
Instruções de processamento:
Devem respeitar-se sempre as instruções de processamento e os cuidados descritos no panfleto contido na embalagem do produto. Se, apesar do cumprimento, ocorrer alguma reação adversa no paciente ou outros acontecimentos adversos, pedimos que nos informe em qualquer caso, descrevendo as circunstâncias que o acompanham com a maior precisão possível.
Dicas de higiene
O cumprimento das seguintes instruções garantirá condições higiénicas ótimas no uso de DENTAL BONDING Self Etch VIDU :
- Utilizar escovas descartáveis em um paciente de cada vez
- Fechar os frascos com a tampa depois de usar e desinfetá-los com os agentes habituais.

Avisos sobre riscos residuais
Medidas de emergência, sintomas, antídotos
Pode excluir-se um risco agudo para o paciente devido à ingestão acidental tendo em conta as quantidades mínimas aplicáveis (aplicação com uma escova descartável).
Em caso de contacto direto com a mucosa oral, é suficiente a lavagem. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água. Deve consultar-se um oftalmologista para a avaliação e tratamento posterior.

Efeito toxicológico
A toxicidade de DENTAL BONDING Self Etch VIDU , que entra em contacto direto com a dentina vital e penetra nos túbulos dentinários segundo o previsto, é comparável à do cimento de ionómero de vidro ou policarboxilato

Notas
Dispensa apenas a dentistas e protésicos dentários em seu nome. Manter fora do alcance das crianças! Entregar os frascos completa-mente vazios e reciclados.

Efeitos secundários
Se este produto for utilizado corretamente, os efeitos secundários são muito pouco frequentes. Se quiser informar-nos sobre algum efeito secundário indesejado ou em caso de dúvida, pedimos que nos envie uma descrição o mais detalhada possível das circunstâncias e sintomas. Os componentes de DENTAL BONDING Self Etch VIDU podem provocar sensibilização em pessoas predispostas.
Desconhecem-se os riscos em casos de sobredosagem.

Interações
Com o DENTAL BONDING Self Etch VIDU não devem entrar em contacto substâncias que contenham fenol ou outras substâncias (por ex. óxido de zinco eugenol) que possam afetar a polimerização.

Armazenamento
Não exponha DENTAL BONDING Self Etch VIDU à luz solar directa ou outras fontes de calor.
O produto deve ser armazenado entre 0°C -22°C.

Vida útil mínima
3 anos
Não usar após a data de validade.

Versões
REF VI91003 DENTAL BONDING Self Etch VIDU - 5,0 ml

Eliminação
O material não utilizado pode ser curado e eliminado com o lixo doméstico. O material não curado deve ser eliminado como residuo de metacrilato.

Todos os incidentes graves relacionados com o produto serão informados ao fabricante e ao organismo competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou o paciente estiver estabelecido.

Attention H317 pode causar reacções alérgicas da pele

VIDU | de

DENTAL BONDING Self Etch

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Patienten

Vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben: Oligomere Methacrylate, HEMA, Campherchi-non
Quantitative Angaben in % G/G: Methacrylate 99,5 Additive 0,5

Zweckbestimmung des Produkts
DENTAL BONDING Self Etch VIDU ist ein selbstätzender, lichthärtender Einkomponenten Haftvermittler für die adhäsive Restaurationstechnik.

Indikationen
Haftvermittler für die adhäsive Restaurationstechnik.
- Befestigung von Kompositmaterialien und Kompomeren an Schmelz und Dentin
- adhäsive Befestigung von Restaurationen aus Komposit auf Schmelz und Dentin
- Befestigung von Kompositmaterial, Metall oder Amalgam
- Auch geeignet als Dentinversiegelung

Kontraindikationen
Phenolhaltige oder andere Substanzen (z. B. Zink-Oxid-Eugenol), welche die Polymerisation beeinflussen könnten, dürfen nicht mit dem DENTAL BONDING Self Etch VIDU in Kontakt gebracht werden.

Leistungsmerkmale des Produkts
Aushärtung durch Bestrahlung mit Licht.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen
Keine

Anwendung
1. Füllteknik nach konventioneller Art
a) Kavitätenpräparation
Gemäß dem Prinzip der adhäsiven Restaurationstechnik.
Falls notwendig, ist eine punktförmige Überkappung der Pulpa mit einem hart abbindenden Calciumhydroxid-Zement zu legen.
Bearbeitung des Schmelzes mit Diamantschleifer. Unbeschliffenen Schmelz mit Phosphorsäure ätzen oder mit Bimsstein reinigen. Danach Schmelz gut spülen und trocknen.
Die Verwendung eines Kofferdams ist aus hygienischen Gründen empfehlenswert.
b) Applikation
Die Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln und einen Tropfen in die Tüpfelform geben. Mit einem Einwegpinsel DENTAL BONDING Self Etch VIDU 20 s auf Dentin und Schmelz gut einmassieren. Mit ölfreier Druckluft das DENTAL BONDING Self Etch VIDU 5 s sanft verblasen. Danach 10 s lichthärten (Halogen- oder LED Polymerisationsgeräte mit einer Lichtleistung >800 mW/cm²). Bei geringerer Lichtleistung verlängert sich die Lichthärtung entsprechend.
c) Komposit- und Kompomerfüllungen
Restaurationsmaterial gemäß den jeweiligen Herstellerangaben anwenden.
2. Befestigung von Inlays/Onlays, Veneers und Kronen
Bei Anwendung von DENTAL BONDING Self Etch VIDU ist darauf zu achten, dass ausreichend Licht (gemäß den Angaben des Herstellers) an die komplette Restauration gelangen kann.
a) Vorbereitung der Restauration
Die Vorbehandlung der Restauration erfolgt entsprechend des Werkstoffes und nach den jeweiligen Herstellerangaben.
b) Präparation der Kavität
Vorgehen wie bei Punkt 1.1 beschrieben.
c) Applikation
Vorgehen wie bei Punkt 1.2 beschrieben.
d) Zementieren
Gemäß den jeweiligen Herstellerangaben.
3. Haftvermittlung anderer Oberflächen
a) Vorbereitung
b) Metall und Amalgam
Mit einem Diamantschleifer Oberflächen aufrauen oder sandstrahlen. Anschließend mit Dampfstrahl (extraoral) oder Aceton reinigen und mit ölfreier Luft trocknen.
c