

Perfect™ Desensitizer

One drop hypersensitivity treatment

EN

For professional dental use only

Indications

- Perfect Desensitizer is used for treatment of dentin hypersensitivity.
- Prevents pain in exposed dentin areas not requiring restorations.
- Prevents hypersensitivity in dentin after preparation of teeth for following indirect restoration.

Properties

- Perfect Desensitizer is liquid desensitizer that quickly and effectively reduces pain associated with dentin hypersensitivity.
- Prevents intra-tubular fluid movement and reduces dental permeability by occlusion of the peripheral dentinal tubules. This inhibits the flow of fluid through the tubules which is the cause of sensitivity.
- The effect occurs immediately, effectively, simply, and fast with no need for mixing or curing.
- Perfect Desensitizer has been on the market since 2017 with no changes in formula. No complaints of any health-related or chemical performance issues were received.

Attention

Do not use in case of:

- Necessary precautions cannot be taken, or the specified application technique cannot be used
- Patient is allergic to any of the ingredients contained in Perfect Desensitizer.
- Pain is due to pulpitis.
- Pulp is exposed or the dentin adjacent to the pulp is perforated. Irritation of the pulp may be observed in the presence of deep cavities without suitable pulp protection. Those areas of cavities adjacent to the pulp should therefore be protected by a suitable cavity lining.

Caution!

- Perfect Desensitizer contains Glutaraldehyde, 2-Hydroxyethylmethacrylate.
- It is a local irritant and has toxic effects.
- Appropriate precautions should always be taken before using Perfect Desensitizer.
- Harmful by inhalation.
- Irritating to respiratory system.
- Irritating to skin.
- Risk of serious damage to eyes.
- Do not breathe vapors /spray.
- Avoid contact with skin.
- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- Wear suitable gloves.

- Before use, put on the protective goggles and cover the patient's eyes to protect against splashes of material.
- May cause sensitization by inhalation.
- May cause sensitization by skin contact.
- Perfect Desensitizer contains materials which: toxic / dangerous for the environment / toxic by inhalation and if swallowed / causes burns / may cause sensitization by inhalation and skin contact / very toxic to aquatic organisms / irritating to respiratory system and skin / may cause sensitization by skin contact. For complete symbols guide see below.

Composition

Essential Ingredients	% WT.
Water	<70%
Multifunctional monomers	<30%
Glutaraldehyde	<10%

Filler Content

The product does not contain filler.

Instruction for Use

Treatment of Hypersensitive Dentin:

The treatment of hypersensitive dentinal surfaces is only indicated in cases of severe pain in reactions to thermal, osmotic, or tactile stimuli. In cases of mild pain, alternative treatments such as desensitizing toothpastes should be used.

- Clean the dentin (e.g., with cleansing pumice), under local anesthesia if necessary, and then rinse off with water.
- Protect mucous membranes by using a rubber dam. Make sure that only Perfect Desensitizer comes into contact with the treated area.
- Apply a small amount of Perfect Desensitizer to the dentinal surfaces using pellets or brushes and leave undisturbed for 30–60 seconds.
- Dry the surface carefully by applying a gentle air flow until the fluid film has disappeared and the surface is no longer shiny.
- Rinse thoroughly with water.
- Tightly re-cap bottle after use.
- If a single application of Perfect Desensitizer does not produce sufficient and sustained pain relief, the treatment can be repeated at the same or a subsequent appointment.

Treatment of Dentin Prior to Adhesive Bonding or Adhesive Cementation Procedures:

- Protect mucous membranes by using a rubber dam.
- Cover cavities and or areas near the pulp with suitable cavity linings before applying Perfect Desensitizer.
- Remove moisture from the prepared dentin by applying a gentle air flow.
- Apply a small amount of Perfect Desensitizer using pellets or brushes and leave undisturbed for 30–60 seconds.
- Dry the dentinal surface carefully by applying a gentle air flow.
- Rinse off thoroughly with water and apply suction.

- Continue with Dentin Bonding or Cement of your choice and complete restoration.
- Tightly re-cap bottle after use.

Storage and Disposal

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep product in original packaging.
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- To obtain SDS or IFU visit www.bjmlabs.com.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.
- Empty product can be safely disposed after use in an intended regular waste container. The product does not require special disposal instructions or precautions and is harmless to the environment.

Symbols used on packaging



- Consult instructions for use
- Temperature limit
- Date of manufacture
- Use by date
- Batch code
- Medical device
- Catalogue number
- Irritant
- Caution
- Manufacturer

Perfect™ Desensitizer

One drop hypersensitivity treatment

ES

Uso exclusivo para profesionales de la odontología

Indicaciones

- Perfect es un desensibilizador que se usa para tratar la hipersensibilidad dental.
- Previene el dolor en las zonas de dentina expuesta sin necesidad de hacer una restauración.
- Previene la hipersensibilidad dental tras la preparación de los dientes para hacer una restauración indirecta.

Características

- Perfect es un desensibilizador líquido que reduce rápida y eficazmente el dolor asociado a la hipersensibilidad dental.
- El desensibilizador Perfect impide el paso de fluidos intratubulares y reduce la permeabilidad dental mediante la oclusión de los túbulos dentinarios periféricos. Esto impide el paso de los fluidos a través de los túbulos, que es lo que causa la sensibilidad.
- El efecto del producto es inmediato. Es eficaz, sencillo y rápido, sin necesidad de mezclar ni curar.

- El desensibilizador Perfect lleva en el mercado desde 2017, sin que se hayan producido cambios en su composición. Nunca se han recibido quejas sobre ningún problema relacionado con la salud o el rendimiento químico

Atención

No utilizar si:

- No se pueden tomar las precauciones necesarias o no se puede utilizar la técnica de aplicación especificada.
- El paciente es alérgico a alguno de los componentes del desensibilizador Perfect.
- La causa del dolor es la pulpitis.
- La pulpa está expuesta o la dentina adyacente a la pulpa está perforada.
- Se puede observar una irritación de la pulpa por la presencia de cavidades profundas sin una protección pulpar adecuada. Por lo tanto, las cavidades adyacentes a la pulpa deben estar protegidas por un recubrimiento pulpar adecuado.

Precaución

- El desensibilizador Perfect contiene Glutaraldehído, 2-Hidroxietilmetacrilato.
- Puede provocar irritación de forma local y tiene efectos tóxicos.
- Deben tomarse siempre las precauciones adecuadas antes de utilizar desensibilizador Perfect.
- La inhalación es nociva.
- Irrita el sistema respiratorio.
- Irrita la piel.
- Pueden producirse daños graves en los ojos.
- No respirar los vapores y no pulverizar.
- Evitar el contacto con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
- Se deben usar guantes adecuados.
- Antes de su uso, deben colocarse gafas de protección y se deben cubrir los ojos del paciente para protegerlos de cualquier tipo de salpicaduras.
- Puede causar irritación por inhalación.
- Puede causar irritación por contacto con la piel.
- El desensibilizador Perfect contiene materiales que: son tóxicos / son peligrosos para el medio ambiente / son tóxicos por inhalación y por ingestión / provocan quemaduras / pueden causar irritación por inhalación y por contacto con la piel / son muy tóxicos para los organismos acuáticos / son irritantes para las vías respiratorias y la piel / pueden causar irritación por contacto con la piel. Véase la guía completa de símbolos más abajo.

Composición

Ingredientes Principales	% EN Peso
Agua	<70%
Monómeros multifuncionales	<30%
Glutaraldehído	<10%

Contenido de relleno

El producto no contiene relleno.

Instrucciones de Uso

Tratamiento de la dentina hipersensible:

El tratamiento de las superficies dentales hipersensibles solo se recomienda en los casos de dolor intenso como reacción a los estímulos térmicos, osmóticos o táctiles. En los casos de dolor leve, deben utilizarse tratamientos alternativos, como los dentífricos desensibilizantes.

1. Limpie la dentina (por ejemplo, con una pasta abrasiva), con anestesia local si es necesario, y luego aclare con agua.
2. Proteja las membranas mucosas utilizando un dique de goma. Asegúrese de que solo el desensibilizador Perfect entre en contacto con la zona que se está tratando.
3. Aplique una pequeña cantidad del desensibilizador Perfect en las superficies dentales utilizando pellets de algodón o pinceles y déjelo actuar entre 30 y 60 segundos.
4. Seque la superficie con cuidado aplicando un poco de aire hasta que la película de líquido haya desaparecido y la superficie ya no brille.
5. Aclare con abundante agua.
6. Vuelva a tapar el producto después de su uso. Si con una sola aplicación de desensibilizador Perfect no se consigue un alivio suficiente y el dolor continúa, se puede repetir el tratamiento en la misma cita o en una posterior.

Tratamiento de la dentina antes de los procedimientos de fijación o cementación adhesiva:

1. Proteja las membranas mucosas utilizando un dique de goma.
2. Cubra las cavidades y las zonas cercanas a la pulpa con un recubrimiento pulpar adecuado antes de aplicar el desensibilizador Perfect.
3. Seque la humedad de la dentina que se va a tratar aplicando un poco de aire.
4. Aplique una pequeña cantidad de desensibilizador Perfect utilizando pellets de algodón o pinceles y déjelo actuar entre 30 y 60 segundos.
5. Seque cuidadosamente la superficie dental aplicando un poco de aire.
6. Aclare con abundante agua y use el eyector de saliva.
7. Continúe con el procedimiento de fijación o cementación adhesiva de su elección y complete la restauración.
8. Vuelva a tapar el producto después de su uso.

Almacenamiento y desecho de residuos

- No almacenar a más de 24°C (75°F).
- Guarde el producto en su envase original.

- Manténgalo lejos de la luz directa del sol.
- Para una conservación óptima, manténgalo en refrigeración.
- No se debe congelar.
- Para obtener la ficha de datos de seguridad o las instrucciones de uso visite www.bjmlabs.com.
- No lo utilice después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.
- La vida útil es de 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Cuando el producto se termine, puede desecharse de forma segura en un contenedor de residuos normal. El producto no requiere instrucciones o precauciones especiales de eliminación y es inofensivo para el medio ambiente.

Simboli utilizzati sulla confezione



1. Consultare le istruzioni per l'uso
2. Temperatura limite
3. Fecha de fabricación
4. Fecha de caducidad
5. Código del lote
6. Instrumental médico
7. Número de catálogo
8. Puede causar irritación
9. Precaución
10. Fabricante

Perfect™ Desensitizer

One drop hypersensitivity treatment

Uso exclusivo para profesionales dentarios

Indicaciones

- Perfect é um dessensibilizante que é usado para tratar a hipersensibilidade dentária.
- Previne a dor em áreas de dentina exposta sem necessidade de restauração.
- Previne a hipersensibilidade dentária após a preparação dos dentes para fazer uma restauração indirecta.

Características

- Perfect é um dessensibilizante líquido que reduz rápida e eficazmente a dor associada à hipersensibilidade dentária.
- O dessensibilizante Perfect impede a passagem de fluidos intratubulares e reduz a permeabilidade dentária através dos túbulos dentinários periféricos. Isto impede a passagem dos fluidos através dos túbulos, que é o que causa a sensibilidade.
- O efeito do produto é imediato. É eficaz, simples e rápido, sem necessidade de mistura ou cura.
- O dessensibilizante Perfect está no mercado desde 2017, sem alterações na sua composição. Nunca foram

recebidas reclamações sobre qualquer problema de saúde ou de desempenho químico.

Atenção

Não use se:

- As precauções necessárias não podem ser tomadas ou a técnica de aplicação especificada não pode ser utilizada.
- O paciente é alérgico a qualquer dos componentes do dessensibilizante Perfect.
- A causa da dor é a pulpíte.
- A polpa é exposta ou a dentina adjacente à polpa é perfurada.
- A irritação da polpa pode ser observada devido à presença de cavidades profundas sem protecção adequada da polpa. Portanto, as cavidades adjacentes à polpa devem ser protegidas por um revestimento polpar adequado.

Precaução

- O dessensibilizante Perfect contém Glutardialdeído, 2-Hidroxiethylmetacrilato.
- Pode causar irritação local e tem efeitos tóxicos.
- Devem ser tomadas as precauções adequadas antes de usar o dessensibilizante Perfect.
- A inalação é prejudicial.
- Irrita o sistema respiratório.
- Irrita a pele.
- Podem ser produzidas graves lesões oculares.
- Não respirar o vapor e não pulverizar.
- Evitar o contacto com a pele.
- Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com abundante água e procurar aconselhamento médico.
- Devem ser usadas luvas adequadas.
- Antes de usar, devem ser usados óculos de protecção e os olhos do paciente devem ser cobertos para protegê-los de quaisquer salpicos.
- Pode causar irritação por inalação.
- Pode causar irritação por contacto com a pele.
- O dessensibilizante Perfect contém materiais que: são tóxicos / são perigosos para o ambiente / são tóxicos por inalação e por ingestão / provocam queimaduras / podem causar irritação por inalação e por contacto com a pele / são muito tóxicos para os organismos aquáticos / são irritantes para as vias respiratórias e a pele / podem causar irritação por contacto com a pele. Veja o guia completo de símbolos abaixo.

Composição

Ingredientes Principais	% Em Peso
Água	<70 %
Monómeros multifuncionais	<30 %
Glutaralaldeído	<10 %

Conteúdo de Enchimento

O produto não contém enchimento.

Instruções de Uso

Tratamento da dentina hipersensível:

O tratamento das superfícies dentárias hipersensíveis apenas é recomendado nos casos de dor intensa como reacção aos estímulos térmicos, osmóticos ou tácteis. Nos casos de dor leve, devem ser utilizados tratamentos alternativos, como os dentífricos dessensibilizantes.

1. Limpar a dentina (por exemplo, com uma pasta abrasiva), com anestésico local se for necessário, e depois enxaguar com água.
2. Proteger as membranas mucosas utilizando um dique de borracha. Certifique-se de que apenas o dessensibilizante Perfect entre em contacto com a área a ser tratada.
3. Aplicar uma pequena quantidade de dessensibilizante Perfect nas superfícies dentárias utilizando pellets de algodão ou pincéis e deixar actuar por 30 a 60 segundos.
4. Seque a superfície com cuidado aplicando um pouco de ar até que a película de líquido tenha desaparecido e a superfície não esteja mais brilhante.
5. enxaguar com abundante água.
6. Volte a tapar o produto após o uso.
7. Se uma única aplicação de dessensibilizante Perfect não consegue um alívio suficiente e a dor continuar, o tratamento pode ser repetido na mesma consulta ou numa posterior.

Tratamento da dentina antes dos procedimentos de colagem ou cimentação adesiva:

1. Proteger as membranas mucosas utilizando um dique de borracha.
2. Cubra as cavidades e áreas próximas à polpa com um revestimento adequado antes de aplicar o dessensibilizante Perfect.
3. Secar a humidade da dentina que vai ser tratada aplicando um pouco de ar.
4. Aplicar uma pequena quantidade de dessensibilizante Perfect utilizando pellets de algodão ou pincéis e deixar actuar entre 30 e 60 segundos.
5. Secar cuidadosamente a superfície do dente aplicando um pouco de ar.
6. Enxaguar com bastante água e usar o eyector de saliva.
7. Continue com el procedimento de fixação ou cimentação adesiva da sua escolha e completar a restauração.
8. Voltar a tapar o produto após do uso.

Armazenamento e Remoção de Resíduos

- Não armazenar acima de 24°C (75°F).
- Armazenar o produto na sua embalagem original.
- Manter longe da luz directa do sol.
- Para uma conservação óptima, manter refrigerado.
- Não deve ser congelado.
- Para obter a ficha de dados de segurança ou as instruções de uso visite www.bjmlabs.com.

- Não utilizar depois da data de caducidade. Consulte a data de caducidade na etiqueta.
- A vida útil é de 2 anos a partir da data de fabrico.
- Quando o produto é acabado, pode ser removido com segurança num contentor normal de resíduos. O produto não requer instruções ou precauções especiais de remoção e é inofensivo para o meio ambiente.

Símbolos utilizados nas embalagens



1. Consulte as instruções de uso
2. Limite de Temperatura
3. Data de fabrico
4. Data de caducidade
5. Código do lote
6. Instrumental médico
7. Número de catálogo
8. Pode causar irritação
9. Cuidado
10. Fabricante

Perfect™ Desensitizer

One drop hypersensitivity treatment

IT

[Solo per uso odontoiatrico](#)

Indicazioni

- Perfect è un desensibilizzante utilizzato per il trattamento dell'ipersensibilità dentinale.
- Previene il dolore nelle aree dentinali esposte che non richiedono restauri.
- Previene l'ipersensibilità della dentina dopo la preparazione dei denti per il successivo restauro indiretto.

Proprietà

- Perfect è un desensibilizzante liquido che riduce rapidamente ed efficacemente il dolore associato all'ipersensibilità dentinale.
- Perfect Desensitizer previene il movimento del fluido intra-tubulare e riduce la permeabilità dentale mediante l'occlusione dei tubuli dentinali periferici. Ciò inibisce il flusso di fluido attraverso i tubuli che è la causa della sensibilità.
- L'effetto è immediato, efficace, semplice e veloce senza bisogno di miscelazione o polimerizzazione.
- Perfect Desensitizer è sul mercato dal 2017 senza modifiche alla formula. Non sono state ricevute lamentele per problemi relativi alla salute o alle prestazioni chimiche.

Attenzione

Non utilizzare in caso di:

- Non è possibile prendere le precauzioni necessarie o non è possibile utilizzare la tecnica di applicazione specificata
- Il paziente è allergico a uno qualsiasi degli ingredienti contenuti in Perfect Desensitizer.
- Il dolore è dovuto alla pulpite.
- La polpa è esposta o la dentina adiacente alla polpa è perforata. Si può osservare irritazione della polpa in presenza di cavità profonde senza un'adeguata protezione della polpa. Le zone di cavità adiacenti alla polpa dovrebbero quindi essere protette da un adeguato rivestimento di cavità.

Attenzione!

- Perfect Desensitizer contiene Glutaraldeide, 2-idrossietilmetacrilato.
- È un irritante locale e ha effetti tossici.
- È necessario prendere sempre le dovute precauzioni prima di utilizzare Perfect Desensitizer.
- Nocivo per inalazione.
- Irritante per le vie respiratorie.
- Irritante per la pelle.
- Rischio di gravi lesioni oculari.
- Non respirare i vapori/gli spray.
- Evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Indossare guanti adatti.
- Prima dell'uso, indossare gli occhiali protettivi e coprire gli occhi del paziente per proteggersi dagli schizzi di materiale.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- Perfect Desensitizer contiene materiali che: tossici / pericolosi per l'ambiente / tossici per inalazione e ingestione / provocano ustioni / possono causare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle / molto tossici per gli organismi acquatici / irritanti per le vie respiratorie e la pelle / possono causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Per la guida completa ai simboli vedi sotto.

Composizione

Ingredienti Essenziali	% Em Peso
Acqua	<70 %
Monomeri multifunzionali	<30 %
Glutaraldeide	<10 %

Contenuto del Riempimento

Il prodotto non contiene riempitivo.

Istruzioni per L'uso

Trattamento della dentina ipersensibile:

Il trattamento delle superfici dentinali ipersensibili è indicato solo nei casi di forte dolore in reazioni a stimoli termici, osmotici o tattili. In caso di dolore lieve, devono essere utilizzati trattamenti alternativi come dentifrici desensibilizzanti.

1. Pulire la dentina (ad es. con pomice detergente), se necessario in anestesia locale, quindi risciacquare con acqua.
2. Proteggere le mucose utilizzando una diga di gomma. Assicurati che solo Perfect Desensitizer entri in contatto con l'area trattata.
3. Applicare una piccola quantità di Perfect Desensitizer sulle superfici dentinali utilizzando pellet o pennelli e lasciare in situ per 30–60 secondi.
4. Asciugare accuratamente la superficie applicando un leggero flusso d'aria fino a quando il film fluido non è scomparso e la superficie non è più lucida.
5. Sciacquare abbondantemente con acqua.
6. Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
7. Se una singola applicazione di Perfect Desensibilizzante non produce un sollievo dal dolore sufficiente e duraturo, il trattamento può essere ripetuto nello stesso appuntamento o in un successivo.

Trattamento della dentina prima delle procedure di incollaggio o cementazione adesiva:

1. Proteggere le mucose utilizzando una diga di gomma.
2. Coprire le cavità e/o le aree vicine alla polpa con adeguati rivestimenti per cavità prima di applicare Perfect Desensitizer.
3. Rimuovere l'umidità dalla dentina preparata applicando un leggero flusso d'aria.
4. Applicare una piccola quantità di Perfect Desensibilizzante utilizzando palline o pennelli e lasciare in situ per 30–60 secondi.
5. Asciugare accuratamente la superficie dentinale applicando un leggero flusso d'aria.
6. Risciacquare abbondantemente con acqua e applicare l'aspirazione.
7. Continuare con l'incollaggio dentinale o il cemento a scelta e completare il restauro.
8. Richiudere bene il flacone dopo l'uso

Stoccaggio e Smaltimento

- Non conservare a temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Conservare il prodotto nella confezione originale.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Per una freschezza sempre ottimale, conservare in frigorifero.
- Non congelare.
- Per ottenere SDS o IFU, visitare www.bjmlabs.com.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza. Vedere la data di scadenza sull'etichetta.

- Il periodo di validità è di 2 anni dalla data di produzione.
- Il prodotto vuoto può essere smaltito in sicurezza dopo l'uso in un normale contenitore per rifiuti previsto. Il prodotto non richiede particolari istruzioni o precauzioni per lo smaltimento ed è innocuo per l'ambiente.

Simboli utilizzati sulla confezione



1. Consultare le istruzioni per l'uso
2. Limite di temperatura
3. Data di produzione
4. Data di scadenza
5. Codice lotto
6. Dispositivo medico
7. Numero di catalogo
8. Irritante
9. Attenzione
10. Produttore

B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
tel. 972-74-7000111 fax. 972-3-7353020
Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy
tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821
info@quasersrl.it www.quasersrl.it

CE
0425

ADVANCED DENTISTRY

EC REP

BJM LAB